Hydrosense PRO Ultra – rýchlotest na Legionella pneumophila sg1–15



Hydrosense PRO Ultra je rýchlotest na Legionella pneumophila, ktorý za 25 minút priamo na mieste osobitne ukáže seroskupinu 1 a súhrnne seroskupiny 2–15.

VÝROBCA

hydrosense®

sg1–15	**25 minút**	**Legionella pneumophila**	**18 mesiacov**
Seroskupiny	Čas výsledku	Testovaný organizmus	Životnosť od výroby

Hlavné výhody

- L. pneumophila sg1 osobitne a sg2–15 súhrnne
- výsledok za 25 minút priamo na mieste
- voda od 100 CFU/l, ster od 200 CFU na plochu

Najdôležitejšie technické údaje

Detegované seroskupiny

sg1 osobitne a sg2–15 súhrnne

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

	SKU	Prevedenie	Balenie	Typ vzorky	Detekčný limit	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
	080306001	**Test vody**	1 test	Voda	100 CFU/l	142,57 €	**175,36 €**	Na objednávku
	080306002	**Sterový test povrchu**	1 ster	Povrch a biofilm	200 CFU/plocha	129,61 €	**159,42 €**	Na objednávku
	080306003	**Priemyselná súprava – 5 testov**	Súprava	Voda	100 CFU/l	700,51 €	**861,63 €**	Na objednávku
	080306004	**Náhradná náplň – 5 testov**	Náplň	Voda	100 CFU/l	616,58 €	**758,39 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Objem vzorky	Počet testov v balení	Hmotnosť balenia	Rozmery balenia
080306001	**Test vody**	250 ml	1	0,12 kg	8,5 × 8,5 × 18,5 cm
080306002	**Sterový test povrchu**	—	1	0,04 kg	2 × 6 × 17 cm
080306003	**Priemyselná súprava – 5 testov**	250 ml	5	0,6 kg	7,5 × 23 × 26 cm
080306004	**Náhradná náplň – 5 testov**	250 ml	5	—	—

Ďalšie rozdiely medzi variantmi

Interpretačné úrovne výrobcu	Test vody, Priemyselná súprava – 5 testov, Náhradná náplň – 5 testov **1 000 a 10 000 CFU/l; nejde o laboratórne sčítanie kultivovateľných kolónií**
Technológia testu	Sterový test povrchu **Laterálny imunochromatografický antigénový test (LFICA)** Ostatné varianty **Laterálny imunochromatografický antigénový test (LFICA) s filtráciou**
Spôsob odberu	Test vody **Vzorka vody odobratá do nádoby; bez montáže na potrubie** Sterový test povrchu **Ster povrchu alebo biofilmu** Priemyselná súprava – 5 testov **Opakované testovanie jedného pevného potrubného bodu alebo cez štandardnú sprchovú hadicu** Náhradná náplň – 5 testov **S adaptérom a odberovou fľašou z pôvodnej súpravy**
Určenie	Sterový test povrchu **Sprchové hlavice, vodovodné batérie, vnútro prístupného potrubia, nádrže, okraje bazénov a víriviek a ďalšie miesta tvorby biofilmu**
Pripojenie	Priemyselná súprava – 5 testov **Adaptér zo súpravy na odberný bod so závitom ½″ NPT alebo ¾″ BPT, alebo na sprchovú hadicu** Náhradná náplň – 5 testov **Adaptér a odberová fľaša z pôvodnej súpravy; závit ½″ NPT alebo ¾″ BPT**
Obsah balenia	Priemyselná súprava – 5 testov **Materiál na 5 testov (prúžky, striekačky s pufrom, filtre), opakovane použiteľný adaptér a odberová fľaša, návod, hodnotiaca karta Hazard Index** Náhradná náplň – 5 testov **5 testovacích prúžkov, 5 striekačiek s pufrom, 5 filtrov, návod, hodnotiaca karta Hazard Index**
Hazard Index	Priemyselná súprava – 5 testov **Vizuálna interpretačná karta pre úrovne 1 000 a 10 000 CFU/l podľa výrobcu**

Kompatibilná súprava	Náhradná náplň – 5 testov **Iba Hydrosense PRO Ultra Industrial Kit 500501**

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
26. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Seroskupiny	**sg1–15**

Detekcia a výsledok

Čas výsledku	**25 minút**
Testovaný organizmus	**Legionella pneumophila**
Detegované seroskupiny	**sg1 osobitne a sg2–15 súhrnne**

Digitálna evidencia

Aplikácia a portál
Voliteľná aplikácia a portál výrobcu na skenovanie, evidenciu a reportovanie; výsledok možno odčítať aj vizuálne

Skladovanie a životnosť

Skladovanie
Pri izbovej teplote, ideálne pod 30 °C; nezmrazovať; nepoužiť pri poškodenom fóliovom obale

Životnosť od výroby	**18 mesiacov**

Obmedzenia použitia

Dôležité obmedzenie
Orientačný antigénový test, nie zdravotnícka diagnostika ani jediná metóda prevencie. Môže sa vyskytnúť falošne pozitívny aj falošne negatívny výsledok, preto výsledok potvrďte laboratórnym rozborom.