Hydrosense ONE – rýchlotest vody na Legionella pneumophila sg1



Hydrosense ONE je rýchlotest vody na Legionella pneumophila seroskupiny 1, ktorá podľa výrobcu spôsobuje približne 90 % prípadov legionárskej choroby, s výsledkom za 25 minút priamo na mieste.

VÝROBCA

hydrosense®

sg1	25 minút	100–250 ml	Voda
Seroskupiny	Čas výsledku	Objem vzorky	Typ vzorky

Hlavné výhody

- iba L. pneumophila sg1
- Ultra od 100 CFU/l, Multi od 1 000 CFU/l
- výsledok za 25 minút, odčítanie do 30. minúty

Najdôležitejšie technické údaje

Technológia testu
Laterálny imunochromatografický antigénový test (LFICA) s filtráciou

Životnosť od výroby
18 mesiacov

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

	SKU	Verzia testu	Prevedenie	Balenie	Detekčný limit	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
	080306006	**Ultra**	**Test vody**	1 test	100 CFU/l	130,71 €	**160,77 €**	Na objednávku
	080306008	**Ultra**	**Priemyselná súprava – 5 testov**	Súprava	100 CFU/l	642,13 €	**789,82 €**	Na objednávku
	080306010	**Ultra**	**Náhradná náplň – 5 testov**	Náplň	100 CFU/l	565,19 €	**695,18 €**	Na objednávku
	080306005	**Multi**	**Test vody**	1 test	1 000 CFU/l	130,71 €	**160,77 €**	Na objednávku
	080306007	**Multi**	**Priemyselná súprava – 5 testov**	Súprava	1 000 CFU/l	642,13 €	**789,82 €**	Na objednávku
	080306009	**Multi**	**Náhradná náplň – 5 testov**	Náplň	1 000 CFU/l	565,19 €	**695,18 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Objem vzorky	Počet testov v balení	Hmotnosť balenia	Rozmery balenia	Hazard Index
080306006	**Ultra · Test vody**	250 ml	1	0,12 kg	8,5 × 8,5 × 18,5 cm	—
080306008	**Ultra · Priemyselná súprava – 5 testov**	250 ml	5	0,6 kg	7,5 × 23 × 26 cm	—
080306010	**Ultra · Náhradná náplň – 5 testov**	250 ml	5	0,15 kg	4 × 19 × 20 cm	—
080306005	**Multi · Test vody**	100 ml	1	0,12 kg	8,5 × 8,5 × 18,5 cm	10 000 CFU/l
080306007	**Multi · Priemyselná súprava – 5 testov**	100 ml	5	0,6 kg	7,5 × 23 × 26 cm	10 000 CFU/l
080306009	**Multi · Náhradná náplň – 5 testov**	100 ml	5	0,15 kg	4 × 19 × 20 cm	10 000 CFU/l

Ďalšie rozdiely medzi variantmi

Spôsob odberu

Test vody
Vzorka vody odobratá do nádoby; bez montáže na potrubie

Priemyselná súprava – 5 testov
Opakované testovanie jedného pevného potrubného bodu alebo cez štandardnú sprchovú hadicu

Náhradná náplň – 5 testov
S adaptérom a odberovou fľašou z pôvodnej súpravy

Pripojenie

Priemyselná súprava – 5 testov
Adaptér zo súpravy na odberný bod so závitom ½″ NPT alebo ¾″ BPT, alebo na sprchovú hadicu

Náhradná náplň – 5 testov
Adaptér a odberová fľaša z pôvodnej súpravy; závit ½″ NPT alebo ¾″ BPT

Obsah balenia

Ultra · Priemyselná súprava – 5 testov
5 testovacích prúžkov, 5 striekačiek s pufrom, 5 filtrov, opakovane použiteľná 250 ml odberová fľaša, adaptér, návod

Ultra · Náhradná náplň – 5 testov
5 testovacích prúžkov, 5 striekačiek s pufrom, 5 filtrov, návod

Multi · Priemyselná súprava – 5 testov
Materiál na 5 testov (prúžky, striekačky s pufrom, filtre), opakovane použiteľný adaptér a odberová fľaša, návod, hodnotiaca karta Hazard Index

Multi · Náhradná náplň – 5 testov
5 testovacích prúžkov, 5 striekačiek s pufrom, 5 filtrov, návod, hodnotiaca karta Hazard Index

Kompatibilná súprava	Ultra · Náhradná náplň – 5 testov **Iba Hydrosense ONE Ultra Industrial Kit 100182** Multi · Náhradná náplň – 5 testov **Iba Hydrosense ONE Multi Industrial Kit 100264**

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
26. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Výber a použitie

Typ vzorky	**Voda**

Základné údaje

Seroskupiny	**sg1**

Detekcia a výsledok

Čas výsledku	**25 minút**
Testovaný organizmus	**Legionella pneumophila**
Detegované seroskupiny	**Iba sg1**

Technológia testu
Laterálny imunochromatografický antigénový test (LFICA) s filtráciou

Digitálna evidencia

Aplikácia a portál
Voliteľná aplikácia a portál výrobcu na skenovanie, evidenciu a reportovanie; výsledok možno odčítať aj vizuálne

Skladovanie a životnosť

Skladovanie
Pri izbovej teplote, ideálne pod 30 °C; nezmrazovať; nepoužiť pri poškodenom fóliovom obale

Životnosť od výroby	**18 mesiacov**

Obmedzenia použitia

Dôležité obmedzenie
Zisťuje iba L. pneumophila sg1. Orientačný antigénový test, nie zdravotnícka diagnostika ani jediná metóda prevencie. Môže sa vyskytnúť falošne pozitívny aj falošne negatívny výsledok, preto výsledok potvrďte laboratórnym rozborom.